

GLOBAL D A SU ATENCIÓN :
CUESTIONARIO A COMPLETAR Y DEVOLVER
DISFUNCIÓN INSTRUMENTAL
(excluyendo la corrosión) (QANC)

Espacio reservado a Global D

N° de reclamación (por ADV/SAV) : REC_AAAA_x

N° del registro : AAAMMAA_CODIGOCLIENTE_VISA_x

1. INFORMACIÓN CLIENTE/PROFESIONAL Y HISTORIAL DEL PACIENTE

Código cliente (en albarán o factura) : ID paciente : (facultativo)
Nombre del médico (que ha tenido la disfunción) :

2. TRAZABILIDAD ATENCIÓN : Instrumental y el mat. en interacción* deben ser devueltos limpiados, descontaminados y esterilizados

Localización del implante* : ☐ Cirugía maxilofacial ☐ Mandíbula ☐ Maxilar ☐ Cráneo

*en interacción con el instrum ☐ Dental especificar el n° de diente:..... ☐ N/A (ningún implante en interacción)

Instrum. defectuoso : Referencia : Lote :

Producto asociado** : Referencia : Lote : ☐ N/A (ningún producto)

** con el ancillar en el momento del fallo.

3. TIPO DE DISFUNCIÓN

☐ Fractura/desmontaje ☐ Retención (no) ☐ Agarre (sin)/compatibilidad
☐ Pérdida de corte/ desgaste/ mateado ☐ Retención (demasiada) ☐ Otro :

4. INFORMACIONES QUIRÚRGICAS

Actividad relativa al Instrum. en fallo : ☐ cirugía maxilofacial ☐ Anclaje ☐ Dental adjuntar la última radio de control
(a excepción que el fallo haya ocurrido fuera de la boca)

Estimación de usos previos a la avería : ☐ 0 ☐ <5 ☐ Entre 6 y 10 ☐ Entre 11 y 20 ☐ >=21 ☐ No se sabe

Circunstancias de la disfunción: ☐ A recepción ☐ Fuera de la boca ☐ En cirugía ☐ En realización protésica

Detalle lo que ocurrió :

Si disfunción implicando una fresa (excepto la oxidación), especificar :

Velocidad de rotación del motor durante la perforación: ☐ < 5000 rpm ☐ Entre 5000 y 10000 rpm ☐ > 10000 rpm ☐ No se sabe

Irrigación automática de la broca : ☐ Sí ☐ No ☐ No se sabe

5. LOCALIZACIÓN DEL FALLO : Marcar el tipo de producto y rodear la área del fallo

Tipo de producto (marcar)

Área del fallo (rodear)

☐ fresas ☐ llaves ☐ ejes

Conexión	Cuerpo	Junta/Anillo	Conector
----------	--------	--------------	----------

☐ Mangos

Mango	Rueda de ajuste	Anillo**
-------	-----------------	----------

**de puesta en marcha

☐ Destornilladores

Mango	Rueda de ajuste	Cuerpo / Ejes	Conector
-------	-----------------	---------------	----------

☐ Pinzas

Mango	Articulación	Conector
-------	--------------	----------

☐ Fritzmeier

Rueda de ajuste	Mango	Cuerpo / Ejes	Conector
		Bayonetta	

☐ Transmalares

		Punzón		
Mango		Tubo	Conector	

☐ Hecho a medida

Guía de corte del fíbula	Guía de corte mandibular	Guía de reconstrucción mandibular
Espigas (fíbula)	Espigas (mandíbula)	

☐ Otros

A especificar :

6. COMENTARIOS COMPLEMENTARIOS